

## FORMULARIO PARA EL INGRESO Y SALIDA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

16/02/2012

TERAPIA  
RESPIRATORIA

**De:** [REDACTED]

Hospital Primero de Mayo

**Enviado el:** jueves, 16 de febrero de 2012 02:41 p.m.

**Para:** Tania Saenz Torres. Tec. Aseg. de la Calidad DACABI.; Edith E. Gamez. Jefe De Seccion Monitoreo De Contratos

**CC:** Direccion(Dra.deCalderon); Administrador(Lic.CarlosMejia); Administracion(Sr.Cerritos); JefaturaMantto(Ing.MarlonSerra; JefaturaTerapiaRespira

**Asunto:** REPORTE DE VENTILADOR SERVO I ( SALIDA )

**Importancia:** Alta

Buenos tardes Ing. Tania Saenz.

Por este medio me dirijo a Ud. para informarle de que el Ventilador Servo I con número de serie 54604 presentó falla de funcionamiento el día 31/12/2011 dicho equipo empezó a funcionar por primera vez en Noviembre del 2011.

El 02 de Enero de 2012 el encargado de la empresa reviso el equipo y determinó que el equipo estaba presentado falla "N° 25" (según código de falla) lo cual lo reporta a fabrica, este día se autoriza salida de equipo para reparación por parte de la empresa, se realiza este procedimiento de salida hasta esta fecha, ya que la empresa no había diagnosticado porque la falla del equipo y la empresa se comprometió a consultar directamente a la fábrica a que se debía la falla. Se aclara que el equipo presento la falla al mes de haber empezado a funcionar (ya tiene acta, orden de compra y factura) según la Lic. Sonia de Recinos quien fue la administradora del contrato hasta en Diciembre del 2011. Los documentos anteriormente mencionados quedaron en el Depto. de Mantenimiento, dichos documentos fueron firmados por la Lic. Sonia de Recinos. Este día para cumplir con la Normativa Institucional de activo fijo se entrega el equipo hasta esta fecha.

**Especificaciones técnicas del equipo:**

**Equipo:**

**Modelo Servo I**

Marca Maquet

Unidades autorizadas de salida:

Unidad de paciente con número de serie 540604

Interface del usuario con N° de serie 146166

A [REDACTED]

Lic. Noelia Elizabeth Guerrero Fuentes  
Jefe Terapia Respiratoria

